Протокол итогов №9
по закупкам лекарственных средств и медицинских изделий
способом запроса ценовых предложений

г.Алматы **24.05.2022 г**

Организатор КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» Управления здравоохранения города Алматы, находящаяся по адресу: г. Алматы, ул. Басенова, 2 провел закупку способом запроса ценовых предложений.

№ лота	Наименование лекарственных средств и медицинских изделий	Краткая характеристика	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Отсасыватель хирургический, медицинский	Материал корпуса Пластик Оснащение Ручка для переноски; воздушный фильтр; клапан от переполнения банки; взрослый катетер Количество банок-сборников 1 шт. Тип отсасывателя Переносной Транспортные характеристики Вес брутто (ед) 4,6 кг Вес нетто (ед) 3,9 кг Габариты в упаковке (ед) 35*30*30 см Количество в транспортной упаковке 2 шт Объем (ед) 0,0315 м³ Вес брутто 9,8 кг Объем 0,065835 м³ Технические характеристики Производительность 18 л/мин Длина 280 мм Высота 285 мм Ширина 196 мм Размер (± 5%) 280*196*285 мм Потребляемая мощность 50 ВА Объем банки-сборника 1000 мл Диапазон отрицательного давления 20-75 кПа Шум, не более 65 дБ Электропитание	комп лект	2	157000	31400(

		220 В/50 Гц Цикл работы 30/15 мин При поставке закупаемого товара потенциальным поставщиком должны быть оказаны следующие сопутствующие услуги: установка, выполнение пусконаладочных работ, инструктаж персонала по использованию оборудования на рабочем месте; поставка медицинского оборудования должна быть осуществлена с установкой и вводом в рабочее состояние; обучение персонала Заказчика по работе с медицинским оборудованием (приложить гарантийное письмо).				
2	Шприцевой насос	Режим инфузии: Режим скорости; режим времени; режим веса; режим дозы; режим интервала; режим TIVA; режим программы; режим TPN; режим переключения; библиотека лекарств Шприцы: Стерильные: 2мл, 5мл, 10мл, 20мл, 30мл, 50мл/60мл, Точность: ±2% (после корректировки) Скорость: 2мл шприц: 0.1-	комп лект	1	450000	450000

		инфузии	150мл/ч 5мл шприц: 0.1-150мл/ч 10мл шприц: 0.1-300мл/ч 20мл шприц: 0.1-600мл/ч 0.01 мл/ч один шаг 30мл шприц: 0.1-900мл/ч 50мл шприц: 0.1-1800мл/ч					
		Задаваемый объем инфузии (VTBI)	0-9999.9мл, 0.01мл/ч один шаг					
		Общий объем инфузии	9999.9мл					
		Скорость KVO	0-5мл/ч регулируемый, значение по умолчанию: 0.1 мл/ч					
		Болюс	Ручной болюс/автоматический болюс: 0.1-1800мл/ч (зависит от размера шприца)					
		Тревоги	Окончание инфузии, пустой шприц, окклюзия, опорожнение шприца, низкий заряд аккумулятора, шприц не соединен, нет AC источника питания, разрядка аккумулятора, неисправность и т.д					
		Функции	*Режим ожидания:1 минута-24часа регулируемый					

				*13 уровней окклюзии *Запись истории инфузии больше 2000 *Можно изменить скорость инфузии и VTBI без окончания инфузии *Совмещать с больничной системой HIS * Соединение через WiFi с центральной системой монитарига					
			Электропитание	DC:12±1.2В AC:100-240В, 50-60Гц					
			Расходы энергии	25ВА					
			Функция вызова медсестры	опционально					
			Классификация	Класс 1, тип CF					
			Водонепроницаемость	IP24					
			Габариты	230x137x139мм					
			Вес	1.7кг					
			Аккумулятор	Перезаряжаемый литиевой аккумулятор, 7.4В 1900мАч, При скорости инфузии 5мл/ч обеспечивает до 6 часов непрерывной работы					
			Условия работы	Температура:5°C-40°C, влажность:					

		10%-95%, Атмосферное давление: 86-106кПа Условия транспортировки: Температура:-20°С-60°С, влажность: 10%-95%, Атмосферное давление: 50-106кПа Условия хранения: Температура:-20°С -45°С, влажность: 10%-95%, Атмосферное давление: 50-106кПа Комплектность: Шприцевой насос, кабель питания, Программное обеспечение для Шприцевого насоса При поставке закупаемого товара потенциальным поставщиком должны быть оказаны следующие сопутствующие услуги: установка, выполнение пусконаладочных работ, инструктаж персонала по использованию оборудования на рабочем месте; поставка медицинского оборудования должна быть осуществлена с установкой и вводом в рабочее состояние; обучение персонала Заказчика по работе с медицинским оборудованием (приложить гарантийное письмо).				

1. **Дата и время представления ценового предложения:**

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Местонахождение потенциального поставщика	Дата и время представления ценового предложения	Потенциальные поставщики присутствовавших при вскрытия конвертов
1	ТОО «Aelita FC»	г.Алматы, ул. Абиш Кекилбайулы, д.97, кв. 15	18.05.2022 г. 11:30 час	
2	ТОО «MirasTrend»	г.Алматы, Алмалинский район, ул.Богенбай Батыра, дом 279, кв.90	19.05.2022 г. 11:15 час	

2. Ценовое предложение поставщиков см. в приложении №1 к протоколу итогов.

3. **Наименование и местонахождение потенциального поставщика, которые соответствуют главе 3 и 4** Постановления Правительства РК от 4 июня 2021года №375 и **с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:**

№	Наименование потенциального поставщика	Адрес	Сумма договора в тенге
1	ТОО «Aelita FC»	г.Алматы, ул. Абиш Кекилбайулы, д.97, кв. 15	300 000
2	ТОО «MirasTrend»	г.Алматы, Алмалинский район, ул.Богенбай Батыра, дом 279, кв.90	450 000

При вскрытии конвертов присутствовали:

заместитель главного врача Тажибаева Ш.Ж. _____

главный бухгалтер Таскинбаева Б.К. _____

Ст. медсестра Калайчиди М.В._____

секретарь Рахымбердиева С.К._____

приложениие №1 к протоколу итогов

№ лота	Наименование лекарственных средств, изделий медицинекого назначения и медицинской	Единица измерения	Количество	Цена, тенге	Сумма, тенге	ТОО MirasTrend	ТОО Aelita FC
1	2	4	5	6,00	7,00		
1	Отсасыватель хирургический, медицинский	комплект	2	157000	314 000,00		150 000,00
2	Шприцевой насос	комплект	1	450000	450 000,00	450 000,00	

Рахымбердиева С.К._____